

Số: 359 /TB-TTYT

Sông Cầu, ngày 14 tháng 4 năm 2026

**THÔNG BÁO**  
**Về việc máy X-quang kỹ thuật số hoạt động trở lại**  
**tại Trung tâm Y tế Sông Cầu**

Căn cứ tình hình thực tế và công tác khắc phục sự cố thiết bị tại đơn vị;

Trung tâm Y tế Sông Cầu trân trọng thông báo:

- Máy X-quang kỹ thuật số của Trung tâm trước đây bị sự cố hư hỏng tấm thu nhận ảnh, phải tạm ngừng hoạt động để sửa chữa.

- Đến nay, Trung tâm Y tế Sông Cầu đã hoàn tất việc sửa chữa, khắc phục sự cố và kiểm tra đảm bảo an toàn, chất lượng kỹ thuật. Máy X-quang kỹ thuật số đã đủ điều kiện đưa vào hoạt động trở lại.

- Thời gian hoạt động trở lại: từ ngày 14 tháng 04 năm 2026.

Kể từ thời điểm trên, Trung tâm Y tế Sông Cầu tiếp tục triển khai thực hiện các dịch vụ chụp X-quang phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân theo quy định.

- Trung tâm Y tế Sông Cầu đề nghị:

+ Các khoa, phòng liên quan phối hợp tổ chức tiếp nhận, chỉ định và thực hiện chụp X-quang theo quy trình chuyên môn.

+ Bộ phận tiếp đón, khoa Khám bệnh thông báo đến người dân biết để thuận tiện trong quá trình khám chữa bệnh.

+ Đề nghị Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Cầu phối hợp thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo quy định hiện hành.

Trung tâm Y tế Sông Cầu trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị và người dân được biết để phối hợp thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Sở Y tế (để thay báo cáo);
- BHXH cơ sở Sông Cầu;
- Ban Giám đốc TTYT;
- Các khoa, phòng, (thực hiện);
- Trang thông tin điện tử TTYT;
- Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
TRUNG TÂM  
Y TẾ  
SÔNG CẦU

Nguyễn Chí Cường