

Số: 220 /TB-TTYT

Sông Cầu, ngày 13 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc tạm ngừng hoạt động máy X-quang kỹ thuật số
tại Trung tâm Y tế Sông Cầu

Trung tâm Y tế Sông Cầu trân trọng thông báo:

Máy X-quang kỹ thuật số của Trung tâm được đưa vào sử dụng từ ngày 05/02/2020 để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.

Trong quá trình hoạt động, đến nay ngày 13/3/2026, máy X-quang kỹ thuật số đã xảy ra sự cố hư hỏng tằm thu nhận ảnh kỹ thuật số nên tạm thời không thể thực hiện chụp X-quang để phục vụ người bệnh.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Trung tâm Y tế Sông Cầu đã khẩn trương triển khai các bước khắc phục như:

- Kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của thiết bị.
- Liên hệ đơn vị cung cấp, đơn vị bảo trì để kiểm tra và đề xuất phương án sửa chữa hoặc thay thế linh kiện.

- Xây dựng phương án khắc phục để sớm đưa thiết bị vào hoạt động trở lại.

Trong thời gian máy tạm ngừng hoạt động, Trung tâm Y tế Sông Cầu sẽ:

- Chủ động điều chỉnh quy trình tiếp nhận và chỉ định cận lâm sàng phù hợp.
- Hướng dẫn người bệnh chuyển tuyến hoặc thực hiện chụp X-quang tại các cơ sở y tế phù hợp trong trường hợp cần thiết để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh, đặc biệt đối với người bệnh có bảo hiểm y tế.
- Thông tin kịp thời đến người dân khi thiết bị được khắc phục và hoạt động trở lại.

Trung tâm Y tế Sông Cầu kính báo cáo Sở Y tế và rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Cầu và sự thông cảm của người dân trong thời gian khắc phục sự cố.

Trung tâm sẽ nỗ lực triển khai các biện pháp sửa chữa, khắc phục trong thời gian sớm nhất nhằm đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh được ổn định và phục vụ người dân tốt nhất./.

Nơi nhận:

- Sở Y tế (để thay báo cáo);
- BHXH cơ sở Sông Cầu;
- Ban Giám đốc TTYT;
- Các khoa, phòng, (thực hiện);
- Trang thông tin điện tử TTYT;
- Lưu VT.

**KT. GIÁM ĐỐC**
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Chí Cường